

## ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ

на основание чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП

УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" - АД  
СТАРА ЗАГОРА

Изпращан от ПД 03-66  
Издадено на 10/04/2017

До всички потенциални участници

Относно: Постъпило защитаване с вх. № ПД 03-64/07.04.2017г. – по факс и вх. № ПД 03-65/10.04.2017г. – на хартиен носител в деловодството на „УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД“ град Стара Загора във връзка с обявена открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на общеболнични и анестезиологични медицински консумативи за дейността на УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович“ АД“

I. На основание чл. 33, ал. 1 от ЗОП е постъпило писмено искане за разяснения по условията на процедурата.

II. Прави се искане за следните разяснения:

**ОТПРАВЕНОТО ЗАПИТВАНЕ** е следното:

- При изписване на размера на изделияята в колона 5 на техническата спецификация на възложителя по обособена позиция № 67 с наименование "Централни венозни катетри", използваната мерна единица не следва ли да бъде G, а не F?
- Каква е дължината на катетъра ?
- Какви са компонентите на ЦВК съставте?

### ОТГОВОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на първи въпрос:

Допусната е техническа грешка при изписване на мерната единица, като вместо G е изписано F.

Размерът на изделияята в колона 5 на техническата спецификация по обособена позиция № 67 с наименование "Централни венозни катетри", мерната единица е С.

### ОТГОВОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на втори въпрос:

Дължината на катетрите Селингер за възрастни е 20 см., за деца – 10 см, за тип Кавафикс – 45 см.

### ОТГОВОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на трети въпрос:

Компонентите на състава за ЦВК са:

- минимум - игла, водач, катетър, дилататор, фиксатор
- опционално - спринцовка, скалpel

ЗАЛИЧЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ. 2 ОТ  
ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

