



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ПЕЧЕНИЕ**

**“Проф. Д-р Стоян Киркович” АД
гр. Стара Загора**



6000 гр. Стара Загора, Бул. “Ген. Столетов” № 2, централа: 042/698 210, факс: 042/601 125

РЕШЕНИЕ

№ РД-10-722/19.08.2020г.

за отмяна на Решение № РД-10-720/18.08.2020г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора за избор на изпълнител и частично прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на почистващи препарати, консумативи за почистване и дезинфектанти за миялно-дезинфекционна машина, необходими за дейността на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора“

На основание чл. 22, ал. 8 от ЗОП

ОТМЕНЯМ:

1. Решение № РД-10-720/18.08.2020г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора за избор на изпълнител и частично прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на почистващи препарати, консумативи за почистване и дезинфектанти за миялно-дезинфекционна машина, необходими за дейността на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора“ в частта, с която възложителят е класирал на първо място и е определил участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД за изпълнител по обособена позиция № 1.

Мотиви:

След издаване на решение № РД-10-720/18.08.2020г. установих, че предложеното медицинско изделие от участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД по номенклатура № 1.2 от обособена позиция № 1 от техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията не отговаря на изискванията на Възложителя, поставени в техническата спецификация, неразделна част от утвърдената документация, а именно: участникът да предложи „неутрализиращ слаб киселинен детергент след алкално машинно почистване с миялно-дезинфекционна машина – течен концентрат, съвместим с инструменти от неръждаема стомана и алуминий“.

В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 1.2, участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД е оферирал медицинско изделие „deconex MINERALACID“, което видно от текст в информационния лист на продукта „Не е подходящ за: Алуминий и цинк“

2. Връщам процедурата на етап повторно разглеждане на техническите и ценовите предложения на участниците „Медицинска техника инженеринг“ ООД и „Вега Медикал“ ЕООД за обособена позиция № 1.

3. Възлагам на председателя на комисията да възобнови работата на комисията по повторно разглеждане и оценяване на офертите на участниците „Медицинска техника инженеринг“ ООД и „Вега Медикал“ ЕООД за обособена позиция № 1 в обществената поръчка с предмет: „Доставка на почистващи препарати, консумативи за почистване и дезинфектанти за миялно-дезинфекционна машина, необходими за дейността на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора“

4. Решение № РД-10-720/18.08.2020г. в частта, в която е прекратена обществената поръчка с посочен предмет за обособени позиции № 2 № 3 и № 4 не се изменя или отменя.

5. Органът, който отговаря за процедурите по обжалване е Комисия за защита на конкуренцията, с адрес България, София – 1000, бул. „Витоша“ № 18.

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: www.cpc.bg

Настоящото решение да се изпрати до участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача в тридневен срок от издаването му.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисия за защита на конкуренцията в срока по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП - в десетдневен срок от връчване на решението.



Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Възложител:

Проф. д-р ~~Иовчо~~ Иовчев, дм
Изпълнителен директор на
„УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД