



РЕШЕНИЕ

№ РД-10-841/30.09.2020г.

на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора за частично прекратяване на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на почистващи препарати, консумативи за почистване и дезинфектанти на миялно-дезинфекционна машина, необходими за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора“, открита с Решение РД-10-518/10.06.2020г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД.

На основание чл. 108, т. 4 от ЗОП, вр. с чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП и във връзка с резултатите, отразени във всички протоколи от работата на комисията, приложенията към тях, офертите на участниците, утвърдената документация и приложенията към нея, както и докладите на комисията, назначена със Заповед № РД-10-610/07.07.2020 год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на почистващи препарати, консумативи за почистване и дезинфектанти на миялно-дезинфекционна машина, необходими за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора“, в качеството ми на публичен Възложител по ЗОП, взех следното

РЕШЕНИЕ:

I. Утвърждавам докладите и протоколите на комисията, ведно с приложенията към тях от работата на назначената с моя Заповед № РД-10-610/07.07.2020г., изготвени във връзка с работата ѝ по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти във връзка с провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на почистващи препарати, консумативи за почистване и дезинфектанти на миялно-дезинфекционна машина, необходими за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора“.

II. На основание чл. чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстранявам от участие в процедурата на етап техническо предложение за обособена позиция № 1 участниците „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД.

Мотиви:

Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е оферирал desonex Mineralacid“ за ном. № 1.2 от обособена позиция № 1 „Дезинфекция на медицински инструменти в миялно-дезинфекционна машина“. Видно от страница 1 на представения от участника информационен лист на продукта е посочено, че продуктът не е подходящ за алуминий. Изискването на възложителя за продукта по ном. 1.2 от об. позиция № 1, посочено в техническата спецификация, представляваща неразделна част – Приложение

№ 1 към утвърдената документация е предлаганият от участника продукт да е съвместим с инструменти от неръждаема стомана и алуминий.

Поради изложеното техническото предложение на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за номенклатура 1.2 от обособена позиция № 1 не отговаря на изискването на възложителя, поставено в техн. спецификация към утвърдената документация.

Участникът „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД е оферирал Getinge Clean-Neutralizer за ном. № 1.2 от обособена позиция № 1 „Дезинфекция на медицински инструменти в миялно-дезинфекционна машина“. В представената от участника спецификация на продукта е представен диапазон на препаратите за употреба в табличен вид – карта. В нея е посочено, че за материали от алуминий следва да се прави справка с насоките на производителя на инструмента от алуминий. Съгласно тази формулировка, в техническото предложение на участника липсва категорично доказателство дали предлаганият продукт е съвместим или не с инструменти от алуминий, и комисията не може да направи обоснован извод отговаря ли предлаганият продукт на изискването на възложителя за съвместимост на предлагания от участника продукт с инструменти от алуминий. Освен това, в описанието на продукта е посочено, че той е подходящ за употреба върху всички устойчиви на киселини повърхности, като неръждаема стомана, керамика, стъкло и пластмаса, изброяването е изчерпателно и материалът алуминий не е посочен.

Поради изложеното техническото предложение на участника „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД за номенклатура 1.2 от обособена позиция № 1 не отговаря на изискването на възложителя, поставено в техн. спецификация към утвърдената документация.

III. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП прекратявам процедурата за обособена позиция № 1, тъй като и двете представени оферти за тази обособена позиция от участниците „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, подадена с вх. № ПД-03-166/01.07.2020год., 09,30 часа и „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД, подадена с вх.№ ПД-03-168/06.07.2020год., 09,30 часа не отговарят на условията на възложителя.

Органът, който отговаря за процедурите по обжалване е Комисия за защита на конкуренцията, с адрес България, София – 1000, бул. „Витоша“ № 18.

Настоящото решение да се изпрати до участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача, ведно с протоколите и окончателния доклад, в един и същи ден, в тридневен срок от издаването му.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисия за защита на конкуренцията в десетдневен срок от връчването му.



Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗД,
във вр. с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Възложител:

Проф. д-р Иовчо Иовчев, дм
Изпълнителен директор на
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

